

Cómo evitar contaminaciones por anticoagulantes

1. Orden recomendado para el llenado de los tubos



Cuando el **tubo de coagulación** se extrae como primer o único tubo:

- Si se utiliza una aguja para la extracción de sangre, no se necesita un tubo de descarte.
- Si se utilizan dispositivos de mariposa, debe recogerse un tubo de descarte (tubo sin aditivos) para evitar el llenado insuficiente.



2. No mezclar tubos

Todas las píldoras están disponibles en www.contal.org